

## Correction des exercices FM n°6

N° 9 p 252 :

Le thermomètre le plus précis est celui avec la plus petite incertitude :

C'est le thermomètre n°2 :  $\theta_2$  a une incertitude-type de 0,1 °C, alors que  $\theta_1$  a une incertitude de 0,5 °C.

N°11 p 252 :

- 1) On rentre les valeurs de l'exercice dans la calculatrice pour calculer la valeur moyenne et l'écart-type.

On a  $c_{moy} = 0,138$  mol/L et  $\sigma = 0,019$

L'incertitude est  $u(c) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,019}{\sqrt{5}} = 0,009$  mol/L

- 2) Ainsi  $c = 0,138 \pm 0,009$  mol/L

N°2 p 50 :

- 1) On doit utiliser les valeurs dans le tableau : le calibre est 50 mA, et c'est du courant alternatif : l'incertitude est donnée par 1% + 3 digits.  
Le digit est la plus petite valeur affichée sur l'ampèremètre. La valeur est 25,45 mA donc 1 digit est 0,01 mA ici.

$$\text{Ainsi } u(I) = \frac{1}{100} \times 25,45 + 3 \times 0,01 = 0,3 \text{ mA}$$

Finalement  $I = 25,5 \pm 0,3$  mA

- 2) C'est une incertitude de type B (mesure unique)